

ID – Informationsdienst vom 18. April 2018 der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

Warnhinweis zu gefälschten Endodontie-Instrumenten des Unternehmens NEOLIX

Das Gesundheitsministerium warnt vor Fälschungen von Wurzelkanalinstrumenten der Firma NEOLIX (Marke NEONITI). Es handelt sich dabei um Nickel-Titan-Rotationsfeilen zum Öffnen der Wurzelkanäle.

Zurzeit ist nicht bekannt, ob die gefälschten Produkte bereits auf dem deutschen Markt vertrieben werden. Sie wurden auf dem iranischen Markt unter den Markennamen ACE DENT und NEOLIX angeboten.

NEOLIX kann eine sichere Anwendung der gefälschten Instrumente für Benutzer und Patienten nicht garantieren und empfiehlt die genaue Überprüfung anhand einer [NEOLIX-Information](#), die leider nur in englischer Sprache vorliegt.

Achtung:

Bei Zweifeln zur Herkunft von NEONITI-Instrumenten wird von einer Benutzung abgeraten.

Noch Fragen? Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung:

Dipl.-Biol. Rosemarie Griebel, Tel. 0431 26 09 26 – 92, griebel@zaek-sh.de

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

Westring 496

24106 Kiel

Tel.: 0431-26 09 26-92

Fax: 0431-26 09 26-15

Email: griebel@zaek-sh.de

Internet: www.zaek-sh.de

Diese E-Mail einschließlich etwaiger Anlagen kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Diese Informationen sind ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte unverzüglich den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Offenlegung und/oder Weitergabe dieser E-Mail oder ihres Inhalts sind nicht gestattet.