

Dokumentation über die Konstanzprüfung der Dunkelkammer / des Tageslichtvorsatzes

Die Dunkelkammer ist zu prüfen nach Eingriffen in die Beleuchtungs- und Verdunkelungseinrichtung, bei Verdachtsmomenten (z.B. Erhöhung des Grundscheiters), mindestens jedoch einmal jährlich.

Jahr	Datum	Dichte

Auswertung:

= Keine Unterschiede zwischen abgedecktem Filmmaterial und in der Dunkelkammer offenen

liegendem Filmanteil sichtbar.

X Dichteunterschiede sichtbar (Toleranzüberschreitung)